

2021年5月11日

未承認新規医薬品・医療機器評価委員会で承認された治療法

当院の未承認新規医薬品・医療機器評価委員会にて、下記の治療法が承認されました。対象者となられる方から同意をいただくことに代えて、病院ホームページにて情報を公開することにより投薬を実施しております。なお、本件について同意できない場合、診療において不利益を被ることはありません。この内容に関して拒否される場合やご質問がある場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

記

| | |
|---------|--|
| 実施内容 | 血管造影時の 400cm ラジフォーカスガイドワイヤーを用いたカテーテル交換 |
| 実施責任者 | 三重大学医学部附属病院 病院長 伊佐地 秀司 |
| 対象者 | 当科で大動脈および末梢動脈の血管内治療を受けられた方 |
| 承認日 | 2021年5月11日 |
| 対象期間 | 承認日から永続的に使用 |
| 概要 | 【目的・意義】 上肢の血管から腹部や下肢の血管の治療を行う場合や、上肢から下肢の血管にワイヤーを通す場合など、治療区間が長い患者様のカテーテル交換用ワイヤーとして使用します。 【想定される不利益と対策】 ラジフォーカスガイドワイヤーはカテーテル交換用ワイヤーとして広く一般的に使用されており、400cm 長のラジフォーカスはその他の長さのラジフォーカスと長さが異なるのみで性能は同一であることから、このワイヤーを使用することで手技のリスクが増大することはありません。 |
| お問い合わせ先 | 三重大学医学部附属病院 総務課 総務係 代表 059-232-1111 (内線 6293) |

以上